

IUSMM  Hôpital Maisonneuve Rosemont  Hôpital Santa Cabrini Ospedale

## NOTE

**Destinataires :** Utilisateurs du réfractomètre Atago PAL-S10 (densité urinaire) ; Utilisateurs de bandelettes urinaires et tests de grossesse (EBMD)

**Date :** 1<sup>er</sup> avril 2025

**Objet :** Nouveau lot de contrôles de qualité Liquichek (Bio-Rad)

Madame, Monsieur,

Nous désirons vous informer que le lot de contrôles de qualité **Bio-Rad Liquichek #87790** utilisé présentement pour certains examens de biologie médicale délocalisés (EBMD) tels que la densité urinaire par réfractomètre, les bandelettes d'analyse d'urine ainsi que les tests de grossesse (EBMD) **expirera le 2025-05-31 prochain.**

Les utilisateurs de ces EBMD sont priés de remplacer les contrôles *Bio-Rad Liquichek* par le lot **#98040** expirant le **2026-09-30**. Ce dernier vous est envoyé par l'équipe EBMD.

Assurez-vous d'avoir en votre possession le nouveau lot de contrôles **#98040** avant le 4 avril 2025. Nous vous demandons de remplacer et jeter tout matériel périmé après cette date. Notez que certaines valeurs attendues peuvent être légèrement modifiées. Veuillez vous référer aux valeurs attendues présentes dans le registre de CQ « Smarthsheet » propre à chaque EBMD.

De plus, nous vous rappelons de **remplacer les nouvelles bouteilles reçues le 1<sup>er</sup> lundi de chaque mois, c'est-à-dire de débiter l'utilisation du nouveau lot le 7 avril 2025 et de les jeter le 1<sup>er</sup> lundi du mois suivant.**

Pour toute question concernant l'utilisation des contrôles de qualité, glucomètres et autres EBMD ou la formation des utilisateurs, veuillez contacter l'équipe EBMD à l'adresse courriel [ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca](mailto:ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca).

En vous remerciant de votre collaboration,

Mélissa Léveillé, PhD, DEPD, CSPQ  
Biochimiste clinique  
Responsable des EBMD pour le CEMTL  
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM