

☒ IUSMM ☒ Hôpital Maisonneuve Rosemont ☒ Hôpital Santa Cabrini Ospedale

NOTE

Destinataires : Utilisateurs d'examens de biologie médicale délocalisés (EBMD)
Date : 10 septembre 2024
Objet : Résultats de performance – contrôle de qualité externe EBMD Été 2024

Madame, Monsieur,

Afin de respecter la Norme ISO 15189 : 2022, chaque EBMD est soumis à un programme annuel de contrôle de qualité externe (CQE) permettant d'évaluer l'exactitude et la performance de l'analyse, ainsi que la technique de l'utilisateur.

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des résultats de CQE selon les différents programmes et type d'EBMD pour le 2^e trimestre de l'année 2024. Tous les programmes ont été réussis à 100%.

Paramètre / nature de l'examen	Principe analytique	Technologie	Matrice	Nom du programme / de l'essai	Code de programme	Date de réalisation de l'essai d'aptitude	Réussi / Échec / Questionnaire	Site de la non-conformité
Glucose	Électrochimie	Glucomètre CEMTL	Sang et produits dérivés	WGLU432	OWA	2024-07-17	146/0/0	
Densité	Réfractométrie	Réfractomètre	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-06-12 2024-07-10	1/0/0 1/0/0	
hCG	Lecture visuelle	Immunochromatographie	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 2/0/0 2/0/0	
Analyse d'urine Estérase leuco	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Nitrite	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Uro	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Protéine	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	

Paramètre / nature de l'examen	Principe analytique	Technologie	Matrice	Nom du programme / de l'essai	Code de programme	Date de réalisation de l'essai d'aptitude	Réussi / Échec / Questionnable	Site de la non-conformité
Analyse d'urine pH	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 2/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Hb	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Corps cétoniques	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Bilirubine	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Glucose	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 1/0/0 1/0/0	
Analyse d'urine Densité	Lecture visuelle	Manuelle	Urine	EQAS-12000810	BIO-RAD	2024-05-08 2024-06-12 2024-07-10	2/0/0 2/0/0 1/0/0	
pH	Électrochimie	GEM5000	Sang et produits dérivés	EQAS-BC31	BIO-RAD	2024-06-04 2024-07-02 2024-08-06	1/0/0 1/0/0 1/0/0	
PCO2	Électrochimie	GEM5000	Sang et produits dérivés	EQAS-BC31	BIO-RAD	2024-06-04 2024-07-02 2024-08-06	1/0/0 1/0/0 1/0/0	
PO2	Électrochimie	GEM5000	Sang et produits dérivés	EQAS-BC31	BIO-RAD	2024-06-04 2024-07-02 2024-08-06	1/0/0 1/0/0 1/0/0	
tHb	Co-oxymétrie	GEM5000	Sang et produits dérivés	COHB435	OWA	2024-07-17	5/0/0	
COHB	Co-oxymétrie	GEM5000	Sang et produits dérivés	COHB435	OWA	2024-07-17	5/0/0	
MethB	Co-oxymétrie	GEM5000	Sang et produits dérivés	COHB435	OWA	2024-07-17	5/0/0	
Hémoglobine	Photométrie	HemoCue	Sang et produits dérivés	WHGN432	OWA	2024-07-17	10/0/0	
Strep A	Antigénique	QuickVue-Dipstick	Autre	STAA432	OWA	2024-07-17	4/0/0	

Paramètre / nature de l'examen	Principe analytique	Technologie	Matrice	Nom du programme / de l'essai	Code de programme	Date de réalisation de l'essai d'aptitude	Réussi / Échec / Questionnaire	Site de la non-conformité
Temps de prothrombine	Coagulométrie	Coagulomètre	Sang et produits dérivés	CT1-B	CAP	2024-08-06	3/0/0	
INR	Coagulométrie	Coagulomètre	Sang et produits dérivés	WP9-B 2024	CAP	2024-06-04	5/0/0	
SARS-CoV2	TAAN	ID NOW	Autre - sécrétions nasopharyngées	COV2-B 2024	CAP	2024-06-11	3/0/0	
Strep A	TAAN	ID NOW	Autre - sécrétions oropharyngées	STAA432	OWA	2024-06-11	3/0/0	

Merci de transmettre l'information à vos utilisateurs et n'hésitez pas à communiquer avec l'équipe EBMD si vous avez des questions.

Mélissa Léveillé, PhD, DEPD, CSPQ
Biochimiste clinique
Responsable des EBMD pour le CEMTL
CIUSSS de l'Est-de-l'Île de Montréal Grappe
OPTILAB Montréal-CHUM
 Adresse courriel : ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca