

Destinataires : Utilisateurs de glucomètre Accu-Chek Inform II, chefs d'unités, chefs de service.

Date : 14 janvier 2025

Objet : Important : Recertification annuelle des utilisateurs de Glucomètres Accu-Chek Inform II


Madame, Monsieur,

Un bon nombre d'utilisateurs de glucomètres sont en période de recertification annuelle sur les glucomètres Accu-Chek Inform II ou le seront dans les prochaines semaines. Plusieurs utilisateurs recevront un message à la connexion à l'appareil leur demandant d'effectuer les 2 niveaux de contrôles de qualité ainsi que l'examen ENA (**Examen de recertification annuelle – utilisateur**).

Pour conserver le droit d'effectuer les glycémies capillaires chez les usagers, **les utilisateurs ayant reçu ce message** doivent obligatoirement effectuer les 2 niveaux de CQ et l'examen **avant la date d'expiration** (JJ.MM.AA) inscrite dans leur message de connexion.

Les utilisateurs ayant omis d'effectuer les critères de recertification dans les délais prévus ne seront plus en mesure d'effectuer les glycémies capillaires. Le bouton « **Test de glucose** » sera **inaccessible (grisé)** à la date d'expiration inscrite dans le message de connexion du glucomètre.

Nous demandons donc à tous les utilisateurs recevant ce message, **d'effectuer sans tarder les 2 niveaux de CQ et l'examen de recertification annuelle-Utilisateur (ENA)**.



Les utilisateurs avec un identifiant invalide, i.e. message « Contacter administrateur système », doivent communiquer avec l'équipe EBMD **avant d'effectuer leurs tâches de certification**. Il leur sera impossible de se connecter et d'effectuer des glycémies. Ils devront reprendre la formation initiale, incluant le test sous observation avec un super-utilisateur. **Il est donc important de ne pas ignorer ce message.**

Merci pour votre collaboration,

Mélissa Léveillé, PhD, DEPD, CSPQ
Biochimiste clinique responsable des EBMD, CEMTL
Grappe OPTILAB Montréal-CHUM
CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de Montréal
Adresse courriel : ebmd.cemtl@ssss.gouv.qc.ca