


- Destinataires :** Coordonnateurs clinico-administratifs, Chefs d'unité, Personnel infirmier
- Expéditeurs :** Conseillères en soins infirmiers – volet matériel et équipements de soins – Direction des soins infirmiers
Conseillères en soins de stomies – Direction des soins infirmiers
Radouane Mnie Filali - CCSI évaluation du matériel et équipements de soins – Direction des soins infirmiers
- Date :** 21 mars 2023
- Objet :** Produits discontinués et remplacements – Sacs collecteurs de plaies avec champs protecteurs.
-

Bonjour à tous,

La compagnie Hollister nous informe qu'elle a discontinué les sacs collecteurs de plaies avec champs protecteurs **stériles** et a remplacé ces derniers par des sacs collecteurs **non stériles**.



Code GRM	Code article discontinué	Description	Nouveau code article
200000263	9701	Sacs collecteurs de plaies. Avec champs protecteurs. Non stérile. 3" (7.6 cm)	9773
2000001475	9702	Sacs collecteurs de plaies. Avec champs protecteurs. Non stérile. 3.75" (9.5 cm)	9776

Nous écoulerons l'inventaire des sacs collecteurs stériles et vous recevrez au fur et à mesure le produit de remplacement non stérile. Vous n'avez aucun changement à faire pour vos commandes, les numéros GRM demeurent les mêmes.

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à : conseilleres_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

