

Note de service

- Destinataires :** Tous les gestionnaires et le personnel infirmier des centres de prélèvements du CIUSSS-EMTL
- Expéditeurs :** Conseillères en soins infirmiers – Volet matériel et équipement de soins – Direction des soins infirmiers
Radouane Mnie Filali – Conseiller cadre en soins infirmiers – Volet matériel et équipement de soins – Direction des soins infirmiers
- Date :** 22 octobre 2024
- Objet :** Retrait des dispositifs et aiguilles de prélèvement du fournisseur DOMREX.

Bonjour,

Pour donner suite à notre dernière note de service concernant les changements prévus pour les dispositifs de prélèvement du **fournisseur DOMREX** au cours de l'été dernier, nous avons fait preuve d'indulgence à l'égard du fournisseur.

Toutefois, en raison des **risques significatifs d'accidents** associés à l'utilisation de leurs produits, nous avons décidé d'effectuer un **retrait immédiat de ces dispositifs et aiguilles de prélèvement**.

Démarche en cours	
Minimisation de la distribution des produits listés de Domrex	<ul style="list-style-type: none">La distribution des produits Domrex sera réduite au strict minimum jusqu'à l'arrivée des nouveaux dispositifs conformes.
Statut des produits listés de Domrex	<ul style="list-style-type: none">Une fois que le produit alternatif sera mis en inventaire, tous les dispositifs Domrex actuellement en stock seront mis en statut "non conforme" jusqu'à clarification avec le fournisseur.Veillez consulter la liste complète des produits concernés [voir la liste au bas].Les produits seront retirés des inventaires.
Utilisation des produits alternatifs à Domrex	<ul style="list-style-type: none">Notre objectif est de basculer vers l'utilisation d'un produit connu de nos équipes et qui a déjà fait ses preuves en matière de sécurité et d'efficacité.



Démarche en cours (suite)	
Produits Domrex déjà présents dans les unités	<ul style="list-style-type: none"> • Une fois les produits alternatifs reçus, ces produits ne doivent plus être utilisés. • Vous pouvez continuer à passer vos commandes comme d'habitude. Le produit alternatif sera automatiquement fourni dès qu'il sera disponible. • Nous attendons les directives du fournisseur pour le rapatriement des produits présents dans les unités.

Liste des produits en cours de retrait de la circulation

CODE GRM	DESCRIPTION DU PRODUIT	CODE ARTICLE CONTRAT
2000017375	AIGUILLE À PRÉLÈVEMENT SANGUIN SÉCURITAIRE ÉCHANTILLON MULTIPLE 21G X 3.2CM (1 1/4")	SBCN21125P
2000017376	AIGUILLE À PRÉLÈVEMENT SANGUIN SÉCURITAIRE ÉCHANTILLON MULTIPLE 22G X 3.2CM (1 1/4")	SBCN22125P
5000004243	DISPOSITIF DE TRANSFERT SANGUIN LUER LOCK FEMELLE (BARILET)	BCD01FM
2000017374	DISPOSITIF PREL SANG 2 AILE SEC ACTIF 23GX1.9CM A/TUB 18CM A/ADAPT	SBC-23G7LA
5000010417	DISPOSITIF PREL SANGUIN 2 AILE SEC ACTIF 21GX1.9CM A/TUB 30CM A/AD LUER A/AIG	SBC-21G12LA
5000010518	DISP PRELEVEMENT SANGUIN 2 AILE SEC ACT 23GX1.9CM A/TUB 30CM A/ADAPT LUER A/AIG	SBC-23G12LA
2000032890	DISPOSITIF PREL SANG 2 AILE SEC ACTIF 25GX1.9CM A/TUB 18CM A/ADAP	SBC-25G7LA

Importance de vos plaintes

N'oubliez pas que vos plaintes sont essentielles pour nous permettre d'identifier les aspects à améliorer. Nous vous encourageons à continuer de nous les partager via le formulaire de plainte.

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le formulaire et vers l'aide-mémoire pour vous guider dans la rédaction de vos plaintes :

<https://intranetcemtl.cemtl.rtss.qc.ca/index.php?id=4262>

Trajectoire sur intranet des formulaires de plaintes et de son aide-mémoire

Soins et services / Soins infirmiers / Matériel et équipements en soins infirmiers / Formulaires / Plaintes.

Nous vous remercions pour votre vigilance et votre collaboration dans cette démarche.

Pour toutes questions ou clarifications, veuillez s'il vous plaît communiquer par courriel à l'adresse suivante : conseillers_mat equip_si.cemtl@ssss.gouv.qc.ca