

Destinataire : Tout le personnel de laboratoire CR-HMR

Expéditeur : Coordonnateurs techniques aux infrastructures

Date : 19 août 2022

Objet : Coupure de service – Systèmes d'eau osmosée
Pavillons Guy-Bernier / Marcel-Lamoureux

Bonjour,

Ce message est pour vous informer que le système de production d'eau osmosée desservant les laboratoires au sous-sol Marcel-Lamoureux est problématique tout comme celui du Guy-Bernier. Certains laboratoires ont observé des dépôts dans les bouteilles suite à la préparation de solutions.

De plus, prendre note que le système d'eau ultrapure (MilliQ / type I), qui est raccordé au système d'osmose au laboratoire 7-8, est également hors-service étant donné la pureté de l'eau d'approvisionnement.

Nous travaillons en étroite collaboration avec le SIM afin de minimiser les impacts sur vos activités. Présentement, toutes les solutions temporaires sont évaluées pour pallier au bris de service le temps de faire les interventions nécessaires pour remettre le système opérationnel.

D'ici le rétablissement du service, vous pouvez vous approvisionner en eau osmosée au 3^e étage de la Polyclinique (Turmel) ou encore au 2^e étage J.-A.-DeSève.

S'il vous plaît veuillez aviser vos équipes.

Merci de votre habituelle collaboration!
Bonne journée,

