

Rapport d'entretien préventif

Pèse-Personne

SERVICE

Recherche

Marque

HEALTH O METER MEDICAL Date

2025-02-07

Modèle

597KL

No. GBM

801060

No. Série

597T013781

No. SR

SR #1267438

I Inspection générale

Réussite

Échec

- 1.1 Inspection physique de la balance et nettoyage
- 1.2 Vérification du transformateur / batterie
- 1.3 Vérification de la mise au niveau
- 1.4 Vérification de l'afficheur / pavé numérique / boutons de contrôles
- 1.5 Vérification du poids "zéro"

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

II Vérification de la calibration

2.1 Vérification avec poids étalon

Poids lest	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Valeur mesuré	0,0kg	20,0kg	40,0kg	60,0kg
Déviati on entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg	0,0kg

Poids lest	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Valeur mesuré	80,0kg	100,0kg	120,0kg
Déviati on entre référence	0,0kg	0,0kg	0,0kg

* Tolérance de $\pm 0,1$ kg

2.2 Vérification du stadiomètre

Hauteur stadiomètre	90,0cm	180,0cm
Valeur mesuré	90,0cm	180,0cm
Déviati on entre référence	0,0cm	0,0cm

* Aucune tolérance disponible

III Instruments de mesures

Instrument de mesure	Poids 20kg
No GBM	82061
Certifié par	Ryan Kutyla
No de certification	00011F:636641RK
Échéance du certificat	2025-12-31

IV Commentaire

V Techniciens GBM

Titre

Mihai Stinga

/ Technicien GBM

Mihai

/ 2025-02-07