



A Thermo Fisher Scientific Brand

UNITY.CA@THERMO.COM

1-800-267-6633

CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE

CLIENT	HOP MAISONNEUVE ROSEMONT	No. Certificat	935008-06
	PAV RACHEL-TOURIGNY	Local	RT4120
	5415 BOUL DE L'ASSOMPTION	Manufacturier	Hettich
	MONTREAL, QC H1T 2M4	Modèle	1401-01
		No. Série	0000790-04-00
		No. ID	801002

TYPE D'INSTRUMENT: Centrifugeuse

Liste de Vérification Codes* CARACTÉRISTIQUES: Fabricant Client

Centrifugeuse de comptoir

Paramètres	Plage	Tolérances(±)
Cordon d'alimentation / adaptateur	OK	
Interrupteur/Clavier	OK	
Afficheur	OK	
Circuit de Contrôle/Connecteurs	OK	
Loquet de porte	OK	
Loquet d'urgence	OK	
Moteur	OK	
Brosses	N/A	
Compresseur	N/A	
Contrôle d'Accélération/Décélération	OK	
Joint de porte	OK	
Capteur de déséquilibre	N/A	
Support de couvercle	OK	
Condenseur / Filtre	N/A	
Fonctionnement du frein	OK	

RÉSULTATS DE VÉRIFICATION

Tel que Trouvé

Paramètre	Point de Consigne	Valeur Affichée	Valeur Référence	Déviations	Conforme
Vitesse(RPM)	500	500	490	10	Oui
Vitesse(RPM)	4000	4000	3980	20	Oui
Temps(h:mm:ss)	0:10:00	0:10:00	0:10:00	0:00:00	Oui
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Inspection du rotor OK

Numéro de Modèle 1642

Numéro de Série N/A

Vitesse Maximale (Tr/Min) 4000

Aucune fissure/bosses OK

Verrouillage du rotor / de la tige OK

Joint de couvercle N/A

Date d'expiration N/A

Client informé de la date d'expiration? N/A

Tel que Laissé

Paramètre	Point de Consigne	Valeur Affichée	Valeur Référence	Déviations	Conforme
Vitesse(RPM)	500	500	490	10	Oui
Vitesse(RPM)	4000	4000	3980	20	Oui
Temps(h:mm:ss)	0:10:00	0:10:00	0:10:00	0:00:00	Oui
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

*Codes : OK = Vérifié et nettoyé N/A =N'est pas applicable Cor = Corrigée Def = Défectueux Rep = Remplacé lub=Lubrifié cl=Nettoyée

Commentaires:	N/A
	N/A
	N/A
	N/A

ÉQUIPEMENT DE RÉFÉRENCE

ID# Outil	DESCRIPTION	No. Certificat	Date D'échéance
MTL-0719	Tachymètre numérique	118498	8 août 2025
MTL-1360	Minuterie numérique	110741	13 mai 2025
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

DocuSigned by: 9290273CC4EB489... Approbation du Client	Date 22/10/2024	Date Étalonnage:	18 oct. 2024
		Date Échéance Étal.:	31 oct. 2025
		Étalonné par:	Pamart, Frederic
		Signature	 Digitally signed by Frederic Pamart Date: 2024.10.18 13:18:01 -04'00'

** Thermo Fisher Scientific est une société enregistrée ISO9001: 2015, certifiée par la présente que l'étalon de référence a été étalonné avec des instruments et des étalons traçables au National Institute of Standards and Technology (NIST), au National Research Council (NRC) ou à toute autre mesure nationale équivalente. Institut Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Thermo Fisher Scientific