

TÂCHES DU PRÉPOSÉ AUX BÉNÉFICIAIRES

HÉMODIALYSE

SOIR

SECTEUR

E

15h30 Dès son arrivée :

- Aller à la buanderie pour la lingerie (apporter pour tous les secteurs) et la déposer dans le chariot métallique dans le corridor près du secteur E.
- Remplissage pour les champs (FAV et CVC) et solutés.

Particularités pour les Mardi – Jeudi – Samedi

REPLISSAGE POUR LES CHAMPS (FAV et CVC) ET SOLUTÉS POUR LE SECTEUR H : STATIONS # 7 à 12

- Vérifier le chariot des gallons K1, K2, K3. Gallon et cartouche de bicarbonate.
- Vérifier sur les petits bureaux : boîtes de gants (S, M, L), boîte d'aiguilles à remplacer, verres.
- En alternance avec les PAB de jour, les PAB de soir (\emptyset PAB équipe volante) à tour de rôle doivent nettoyer les 2 frigos de la salle à café à chaque milieu du mois.
- S'assurer d'avoir le nombre suffisant de fauteuils roulants pour la clientèle à mobilité réduite.

16h45 Remplir les chaudières de 500 mL Javel pour 4500 mL d'eau froide.

(Uniquement pour les pinces jaunes et blanches).

17h00 Début des fins de traitements :

- Nettoyage des appareils de dialyse, fauteuils, brassards et tables avec les lingettes de germicide. Nettoyer l'écran de l'appareil de dialyse avec un tampon d'alcool.
- Pesée des patients et les reconduire dans la salle d'attente.
- **Si patient ERV** : nettoyage des appareils selon la routine.
- **Si patient C. difficile** : nettoyage des appareils, fauteuils, etc. avec Javel x 1 fois. Si vous nettoyez l'écran avec du Javel, il faut rincer l'écran avec de l'eau et par la suite nettoyer avec un tampon d'alcool.
- **Si patient ERV et C. difficile** : nettoyage des appareils, fauteuils, etc. avec Javel x 1 fois et par la suite avec lingette de germicide x 1.
- Utiliser la lingette Accell (péroxyde d'hydrogène) pour nettoyer la balance, le Transonic et l'écho de surface après utilisation pour un patient **ERV** et **C. difficile**.

18h00 Installation des patients.

Vider les chaudières de Javel et sécher les pinces.

Vider les sacs de linges souillés quand tous les patients sont branchés pour leur traitement de dialyse

18h15 Souper 45 minutes. Aviser de votre départ et retour.

VERSO



19h30 Tournée des labos pour tous les secteurs.

19h45 Collation : 2 paquets de biscuits et 1 verre de glace par usager.

20h00 Particularités pour les Mardi – Jeudi – Samedi : LAVAGE DU SECTEUR H

20h45 Pause 30 minutes. Aviser de votre départ et retour.

22h00 Remplir les chaudières de 500 mL Javel pour 4500 mL d'eau froide.

(Uniquement pour les pinces jaunes et blanches).

S'assurer d'avoir le nombre suffisant de fauteuils roulants pour la clientèle à mobilité réduite.

22h15 Début des fins de traitements :

- Nettoyage des appareils de dialyse, fauteuils, brassards et tables avec les lingettes de germicide. Nettoyer l'écran de l'appareil de dialyse avec un tampon d'alcool.
- **Si patient ERV** : nettoyage des appareils selon la routine.
- **Si patient C. difficile** : nettoyage des appareils, fauteuils, etc. avec Javel x 1 fois. Si vous nettoyez l'écran avec du Javel, il faut rincer l'écran avec de l'eau et par la suite nettoyer avec un tampon d'alcool.
- **Si patient ERV et C. difficile** : nettoyage des appareils, fauteuils, etc. avec Javel x 1 fois et par la suite avec lingette de germicide x 1.
- Ne pas oublier de nettoyer la face arrière et le plateau sur le dessus de l'appareil.
- Nettoyer à l'intérieur des supports de Bicarbonate et de SélectCart.
- Nettoyer les connecteurs muraux des acides lorsque les appareils sont en désinfection.
- Pesée des patients et les reconduire dans la salle d'attente.
- Utiliser la lingette Accell (péroxyde d'hydrogène) pour nettoyer la balance, le Transonic et l'écho de surface après utilisation pour un patient **ERV** et **C. difficile**.

23h15 S'assurer que le secteur est rangé et propre :

- Vider les chaudières de Javel et sécher les pinces.
- Vider les sacs de linges souillés.
- S'assurer que les appareils électriques (pompe, moniteur cardiaque etc.) soient branchés.
- Tournée des autres secteurs pour apporter son aide aux autres préposés.
- Ranger les fauteuils roulants dans l'emplacement réservé à cet effet situé en face du bureau de la commis entre le secteur E et la salle d'attente.

23h30 Départ de l'unité.

**DEMEURER DANS LE SECTEUR
AFIN D'ÊTRE DISPONIBLE POUR LES PATIENTS ET INFIRMIÈRES**

En tout temps, avoir une vision globale du secteur afin de signaler toute problématique à l'infirmière.