



Affichage de documents sur des équipements ou appareils médicaux

Recommandation SPCI

Considérant que les appareils et équipements médicaux sont manipulés fréquemment, qu'ils se retrouvent à proximité des usagers et qu'ils sont parfois partagés entre plusieurs usagers, il est important de les nettoyer et de les désinfecter adéquatement. Ceci inclut tous types d'affiche ou fiche informative présentes sur les appareils et équipements médicaux. Si une affiche doit être jointe, les consignes suivantes doivent être respectées:

- l'affiche doit être plastifiée pour en permettre le nettoyage et la désinfection. Elle doit être nettoyée et désinfectée à la même fréquence et avec le même produit que l'appareil;
- une bordure plastifiée au pourtour de l'affiche doit être suffisante (environ 2 cm) pour permettre la perforation du document sans atteindre ou descendre la feuille de papier. La directive suivante doit être inscrite dans la section *Spécifications* du formulaire de demande d'impression:
 - marge de plastification de 2 cm sur la bordure gauche et faire le trou dans la marge plastifiée gauche;
- l'affiche doit être accrochée et non collée sur l'appareil;
- un système d'attache non poreux et ayant le moins d'aspérité possible doit être utilisé pour fixer le document à l'appareil (**Code GRM 2000051694-ATTACHE REUT. 11 " NYLON PR ATTACHE DOCUMENTATION AUX POMPES**).

Service de prévention et de contrôle des infections
Septembre 2017