

# Note de service

- Destinataire :** Coordonnateur(trices) clinico-administratifs(tives)
- Expéditeur :** Conseillers(ères) en soins infirmiers – matériels et équipement de soins
- Date :** 3 novembre 2017
- Objet :** Restriction dans l'utilisation des tubulures BAXTER

Bonjour,

Afin de faire face aux difficultés d'approvisionnement des tubulures et des solutés BAXTER. Nous nous devons d'être stratégiques dans l'utilisation de certaines tubulures compatibles avec la pompe BAXTER.

En ce sens, nous demandons aux unités de soins d'utiliser les tubulures de marque BAXTER uniquement pour l'administration sous pompe des médicaments à risque tel que :

perfusion insuline
perfusion héparine
perfusion d'électrolytes (potassium, magnésium, calcium)
perfusion d'opiacés

Un tableau plus détaillé de la médication à risque et moins fréquemment utilisé sur les étages est disponible sur l'intranet Sous l'onglet Soins et Services – Services professionnels – Pharmacie – Documentation – Politiques et procédures - Médicaments de niveau d'alerte élevé: tableau des stratégies de sécurité - HMR

Les tubulures d'une marque autre que BAXTER peuvent être utilisées pour les perfusions en débit libre.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration

Personnes contacts: Conseillers(ères) en soins infirmiers matériels et équipement de soins

Kim Laurin (514) 252 3400 (poste 4282)

Jean-Benoît Fiot (514) 252 3400 (poste 3254)

