

Note de service

- Destinataires :** Tous les gestionnaires des unités de soins, tout le personnel de soins infirmiers, tous les inhalothérapeutes et département de pharmacie.
- Expéditeur :** Radouane Mnie Filali, conseiller cadre en soins infirmiers à l'évaluation du matériel et équipement de soins, DSI
- Date :** 21 juillet 2023
- Objet :** **Action immédiate requise** - Alerte et rappel - Solutés et de médicaments commercialisés Baxter^{MD}

Bonjour,

Nous vous informons par la présente qu'une alerte et un rappel sont émis par la compagnie Baxter concernant plusieurs produits de type solutés et solutions injectables des médicaments (voir le tableau ci-dessous et la [Liste des lots touchés.pdf](#)).

Ces produits présentent un **potentiel risque de fuite au point de connexion au moment de la perforation du sac ou du délogement du tube de la membrane lors du retrait du perforateur.**

PRODUITS VISÉS :

Code GRM	Description	Code fournisseur	Numéros de lots et date de péremption	Produit de remplacement
2000001388	CHLORURE DE SODIUM 0.9% 250ML	JB1322P	Consulter la Liste des lots touchés.pdf	CHLORURE DE SODIUM 0.9% 500ML
2000001379	CHLORURE NA 0.9% 100ML/SAC	JB1302P		CHLORURE NA 0.9% 100ML/SAC. EMBALLAGE DE 16
2000001353	DEXTROSE 5% 250ML	JB0062P		DEXTROSE 5% 500ML
2000001377	DEXTROSE 5% 100ML	JB0082P		DEXTROSE 5% 100ML. EMBALLAGE DE 16

MESURES À PRENDRE :

- Vérifier immédiatement votre inventaire pour identifier tout produit visé ci-dessus.
- Si des produits visés sont identifiés :
 - Cesser immédiatement la distribution et l'utilisation de ces produits.
 - Mettre en quarantaine immédiatement et procéder au retour.
 - À cet égard, suivre la procédure de retour de marchandise telle qu'expliquée dans le document du service d'approvisionnement [Procédures alertes et rappels-Formulaire de Quarantaine.pdf](#).

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration.

