

MARCHE À SUIVRE

UTILISATION DU GABARIT DE FICHE-ÉQUIPEMENT SPÉCIALISÉ

Étapes préalables : Validation sur les équipements médicaux disponibles

Avant de débiter à élaborer une fiche :

1. Vérifier si des fiches organisationnelles de nettoyage et désinfection sont disponibles dans la section intranet de la PCI ou en élaboration (annexe 1- Liste de fiches de nettoyage et désinfection en élaboration).
2. Consulter les définitions importantes pour élaborer la fiche.
3. Passer à l'étape « **Utilisation du gabarit** » pour connaître les détails complémentaires (soulignés en jaune) pour bien produire votre fiche.

Rappel de définitions ¹:

- **Équipement médical :**
Appareil, dispositif ou matériel médical non invasif qui n'entrent en contact qu'avec la peau intacte d'une personne. Le nettoyage et la désinfection de bas niveau de ces équipements permettent de réduire au minimum la contamination croisée entre le souillé et le propre et ainsi diminuer le risque de transmission des infections nosocomiales.
- **High touch :**
Surfaces à potentiel élevé de contamination susceptibles d'entrer en contact avec l'utilisateur ou fréquemment touchées.
- **Low touch :**
Surfaces à faible potentiel de contamination susceptibles d'entrer en contact l'utilisateur ou moins touchées.
- **Précautions additionnelles :**
Lors de précautions additionnelles, se référer aux [affiches](#) et aux [documents de référence](#) selon le pathogène et qui précisent les produits désinfectants à utiliser.

¹ [PRO-117: Nettoyage et désinfection de bas niveau des équipements médicaux](#)

Étape : Utilisation du gabarit

ÉQUIPEMENT MÉDICAL SPÉCIALISÉ : Inscrire le nom de l'équipement

RESPONSABILITÉ	
UTILISATEUR	
<p>Entre chaque usager</p> <p>High touch</p> <p>→ Si vous souhaitez attribuer la tâche à un utilisateur, vous pouvez l'indiquer ici</p>	<p>Fréquence périodique <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non</p> <p>Fréquence :</p> <p>High touch <input type="checkbox"/> Low touch <input type="checkbox"/></p> <ul style="list-style-type: none"> Si une fréquence périodique est établie cocher oui (ex. hebdomadaire, mensuel ou autre) et indiquer la fréquence Indiquer quelle surface est concernée
FOURNITURES REQUISES	ÉPI REQUIS
<ul style="list-style-type: none"> Produit : <ul style="list-style-type: none"> → Inscrire le nom du produit recommandé par le fabricant → Vous pouvez ajouter le code GRM Temps de contact : Respecter le temps de contact du produit 	<ul style="list-style-type: none"> Gants <ul style="list-style-type: none"> Les gants sont toujours requis. Si risque d'éclaboussures, vous pouvez préciser d'ajouter des précisions supplémentaires (ex. blouse)
LIEU DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION	PARTICULARITÉS
<ul style="list-style-type: none"> Identifier le lieu 	<ul style="list-style-type: none"> À préciser si requis
ÉTAPES	VISUEL
<p>Procéder à l'hygiène des mains et mettre des gants</p> <p>Dans l'ordre, nettoyer et désinfecter (High touch) (établir la séquence souhaitée)</p> <ol style="list-style-type: none"> <p>Retirer les gants et procéder à l'hygiène des mains</p> <p>Si précautions additionnelles, ajout de désinfection des surfaces moins touchées avec le produit désinfectant requis</p>	<p>Photo de l'équipement</p>
<p>Direction/Service À préciser</p>	<p>Date de mise à jour À préciser</p>

Annexe 1

Liste des fiches organisationnelles de nettoyage et désinfection disponibles ou en élaboration

Disponibles

Stéthoscope	Bain
Cabaret portatif pour prélèvement-pansement	Fauteuil roulant électrique ou manuel
Glucomètre	Planche de transfert
Guitare (pour laver les cheveux)	Chariot à collation
Aspirateur (Gomco)	

En élaboration

Chaise d'aisance	Chariot lingerie – poubelle
Appareil à pression mobile	Fauteuil roulant (non électrique)
Chaise pèse personne	Accessoire de marche
Chariot à médicament	Cabaret à pansement et prélèvement mobile
Lève personne mobile	Bladder scan
Thermomètre électrique ou tympanique	Bassin (pour laver un usager)
Ophtalmoscope/otoscope	Pèse personne fixe et mobile
ECG mobile	Échelle service alimentaire de l'unité
Télé-métrie	Pompe d'alimentation entérale
Bilirubinomètre (BBM)	Pompe volumétrique
Doppler	Bonbonne d'oxygène
Veinviewer	Concentrateur
Poids, ballons d'exercices, coussins (réadaptation)	Table d'examen
Urinal	Haricot